Elastic Dam Clamp

Uncino per diga

Descrizione
Elastic Dental Dam è la nuova linea di unicini per diga, utilizzati per essere posizionati sopra un dente, successivamente fissarvi la diga di gomma e retrarre il tessuto dell'area da trattare.

Procedura Raccomandata
1. Prima dell'uso ispezionare l'uncino per verificare che presenti la tensione corretta e che non sia deformato; in tal caso scartare gli uncini che prevedono anomalie.
2. Prelevare l'uncino dalla confezione, quindi lavarlo e sterilizzarlo prima dell'uso.
3. Praticare una legatura di sicurezza (filo interdentale) intorno all'uncino per impedire che possa essere ingerito nel caso in cui si stacchi o si rompa (Fig. A).
4. Provare l'uncino per assicurarsi che vi siano quattro punti di contatto con le superfici prossimali del dente. Usando la tecnica dell'aletta, posizionare l'uncino nel foro praticato nella diga in modo che le sue alette tengano aperto il foro.
5. Con l'ausilio di una pinza per uncini, la diga e l'uncino possono essere posizionati sopra il dente. Far scivolare poi la diga di gomma sul dente passandola all'esterno delle alette dell'uncino.

Figura A

Pulizia e cura
- Si raccomanda di lavare e sciacquare accuratamente gli uncini seguendo la procedura.
- La mancata pulizia può ridurre la durata dell'uncino e causare macchie o corrosione.
- Prima del lavaggio ad ultrasuoni, sciacquare e rimuovere i residui di materiali.
- Usare una soluzione detergente a pH neutro e seguire le istruzioni fornite dal produttore della vasca ad ultrasuoni.
- Sciacquare gli uncini per eliminare i detergenti.
- Controllare che tutti i residui di materiali siano stati rimossi dagli uncini, altrimenti ripetere il lavaggio.
- Far asciugare gli uncini.
- Per garantire la massima durata, non piegare nè deformare l'uncino. Evitare che strumenti di utilizzo possono danneggiare o raschaire il prodotto.
- Se si utilizzano tecniche che includono l'impiego dell'ipoclorito di sodio, accertarsi che gli uncini vengano sciacquati con acqua subito dopo il loro utilizzo. Il contatto prolungato con l'ipoclorito di sodio, può creare corrosione, abbreviando notevolmente la durata di vita dell'uncino.

Conservazione
- Conservare in un luogo sicuro fuori della portata dei bambini.
- Conservare preferibilmente ad una temperatura inferiore a 24°C.

Precauzioni e avvertenze
- Prodotto per solo uso dentale.
- Deve essere utilizzato solo da personale odontoiatrico, che osservino la procedura e le indicazioni.
- Tenere lontano da utenti non professionisti.
- Gli uncini deformati, usurati o incrinati devono essere sostituiti.
- Non ingerire.
- La durata degli uncini dipende dal numero di utilizzi e dalla cura prestata durante l'applicazione, la pulizia e la conservazione.
- Se non si utilizzano detergenti o soluzioni con pH neutro, gli uncini possono essere danneggiati.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Confezionamento (Busta=1pz.):

DW0	N.0	**DW27**	N.27
DW00	N.00	**DW28**	N.28
DW1	N.1	**DW29**	N.29
DW1A	N.1A	**DW30**	N.30
DW2A	N.2A	**DW31**	N.31
DW3	N.3	**DW51**	N.51
DW4	N.4	**DW56**	N.56
DW5	N.5	**DW138**	N.138
DW7	N.7	**DW139**	N.139
DW8	N.8	**DW200**	N.200
DW8A	N.8A	**DW201**	N.201
DW9	N.9	**DW202**	N.202
DW10	N.10	**DW203**	N.203
DW11	N.11	**DW204**	N.204
DW12A	N.12A	**DW205**	N.205
DW13A	N.13A	**DW206**	N.206
DW14	N.14	**DW207**	N.207
DW14A	N.14A	**DW208**	N.208
DW15	N.15	**DW209**	N.209
DW18	N.18	**DW210**	N.210
DW22	N.22	**DW211**	N.211
DW24	N.24	**DW212**	N.212
DW25	N.25	**DWW7**	N.W7
DW26	N.26	**DWW8A**	N.W8A
DW26N	N.26N	**DWW14A**	N.W14A

Simboli

REF Codice prodotto
LOT Numero lotto
Data di produzione
Attenzione
NON STERILE Non sterile
134°C Sterilizzabile in autoclave
Istruzioni d'uso
MD Dispositivo medico
UDI Identificazione unica del dispositivo
Fabbricante

Garanzia
Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.
Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

CE

REV.00_04/2026